

## INSTRUÇÃO DE USO

# CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO EVO

### Modelos:

- ECDR\_1300** (1un Cânula de Debridação EVO Ø3,5mmx360mm encaixe R)
- ECDSF\_1300** (1un Cânula de Debridação EVO Ø3,5mmx360mm encaixe SF)
- ECDL\_1300** (1un Cânula de Debridação EVO Ø3,5mmx360mm encaixe L)
- EC DST\_1300** (1un Cânula de Debridação EVO Ø3,5mmx360mm encaixe ST)
- ECDD\_1300** (1un Cânula de Debridação EVO Ø3,5mmx360mm encaixe D)
- EC DK\_1300** (1un Cânula de Debridação EVO Ø3,5mmx360mm encaixe K)
- ECDMRZ\_1300** (1un Cânula de Debridação EVO Ø3,5mmx360mm MRZ)
- EC DSTPS\_1300** (1un Cânula de Debridação EVO Ø3,5mmx360mm STPS)
- EC DATX\_1300** (1un Cânula de Debridação EVO Ø3,5mmx360mm encaixe ATX)

### Indicação de uso/ Finalidade:

As Cânulas de Debridação EVO são indicadas para utilização em procedimentos cirúrgicos para desgaste, raspagem, debridamento, acabamento ou retirada de excessos de tecidos moles, ósseos e cartilagosos.

### Princípio de Funcionamento de cada componente:

A cânula permite ao cirurgião o acesso ao corpo vertebral.

### Condições para armazenamento e transporte:

- Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar direta e de agentes corrosivos. A temperatura do local deve estar entre 5°C e 60°C e Umidade 10% a 80%. O produto pode ficar armazenado até a sua data de validade;
- Não coloque sob a embalagem pesos ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as características técnicas do produto e comprometer a integridade da embalagem;
- Transporte com cuidado e respeitando as normas estabelecidas para transporte de produtos esterilizados, pois o transporte inadequado pode comprometer a continuidade da integridade da embalagem e a qualidade do produto oferecido pelo fabricante;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada e deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos.

### Condições para operação:

- Deve ser utilizado apenas por profissionais qualificados, habilitados e treinados.
- Como o produto é fornecido estéril, sua embalagem deve ser aberta apenas no momento pretendido ao uso.
- Antes de sua abertura, verifique a integridade da embalagem, garantindo que a mesma não esteja comprometida. Caso a embalagem esteja danificada/violada, não utilize o produto.
- Evite qualquer tipo de ação que possa danificar o produto, tais como queda, torção, impacto ou esmagamento, devido ao risco de comprometimento de seu funcionamento.

### Advertências/ Precauções:

- Antes de utilizar o produto, o usuário deve ler atentamente esta instrução de uso, para garantir o uso correto e seguro do produto e proteção contra possíveis riscos;
- O manuseio do Kit deve ser realizado por profissionais qualificados, habilitados e treinados;
- Teste o funcionamento da cânula, no momento que precede o procedimento cirúrgico;
- Não utilize o produto, se este apresentar superaquecimento;
- As cânulas possuem melhor desempenho de corte em velocidades abaixo de 3000 RPM.
- Não é recomendado operar as cânulas em velocidade superior a 6000 RPM, pois pode ocorrer a geração excessiva de partículas;
- A retirada ou substituição da cânula deve ser realizada quando o equipamento não estiver em funcionamento e nem superaquecido;
- A inserção e o manuseio adequados dos componentes é importante para o monitoramento seguro e preciso;
- O produto é fornecido estéril. Sua esterilidade não estará garantida se a embalagem estiver danificada ou aberta;
- Produto de uso único, não deve ser reutilizado;
- A reutilização desse produto pode causar contaminação cruzada e infecções, além de anular a garantia do produto;
- Não reesterilize o dispositivo médico, pois a sua reesterilização pode resultar em seu mal funcionamento;
- Não utilize o produto se os componentes apresentarem danos
- O produto não deve ser utilizado se a data de validade presente no rótulo estiver expirada;
- A EVO Medicina não se responsabiliza pelos danos, infecções e lesões causadas pelo uso inadequado do dispositivo médico.

### Contraindicações:

- Contraindicação absoluta: Infecções localizadas ou sistêmicas, gravidez, uso de anticoagulantes ou doenças hemorrágicas.
- Contraindicação relativa: Alergia ao contraste, antibióticos e ou anestésicos locais utilizados no procedimento; alterações psicológicas que atrapalhem o procedimento; alguma condição, médica, pós-cirúrgica, congênita, anatômica ou psicológica, que aumente o risco redução do desempenho do procedimento.

### Instrução de uso:

- Verifique se a embalagem não está danificada ou molhada;
- Verifique o prazo de validade do produto;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra a embalagem e retire o produto;
- Conecte a Cânula de Debridação EVO à peça de mão e esta ao Motor compatível (produto comercializado separadamente), que deve estar conectado à rede elétrica correspondente, segundo instruções do fabricante do Motor;
- Ligue o Motor e ajuste a rotação adequada;
- Verifique se a Cânula foi encaixada corretamente, antes de iniciar o procedimento;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Motor, desconecte a cânula e descarte em lixo hospitalar.

### Segurança e Eficácia do Produto:

Produto totalmente seguro se utilizado por profissional habilitado e respeitando as especificações de uso descritas neste documento; O não cumprimento dessas instruções causa o uso incorreto do dispositivo, configurando mau uso e potencializando os riscos para o paciente; Em caso de dúvidas ou problemas, consulte sempre a EVO.

### Descarte:

O descarte dos componentes deve ser realizado conforme o procedimento e normativa vigentes, assim como os requisitos presentes na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222, de 28 de março de 2018.

### Símbolos utilizados:

	Cuidado
	Não reutilizar
	Data de fabricação
	Esterilizado por Óxido de Etileno
	Lote
	Data de validade
	Fabricante
	Não reesterilize
	Não use se o pacote estiver danificado
	Mantenha longe da luz solar
	Conservar em local seco / Longe de umidade.
	Risco Biológico
	Limites de temperatura máxima e mínima de armazenamento.

Registro ANVISA: 81704069041

Fabricante e Detentor de Registro: EVO Medicina Especializada Ltda - Rua Alegre, 470 conj 1101 Santa Paula - São Caetano do Sul - SP - Brasil  
CEP 09550-250

Contato: +55 11 4226 5225